

Dossier : PMP S04 1392_001

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
CALIBRATION CERTIFICATE

N°25M0057

DÉLIVRÉ À : PESAGE MIDI PYRENEES - 44, Av. Jean MOULIN - 31322 Castanet-Tolosan
ISSUED TO

INSTRUMENT ÉTALONNÉ
CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : Série de 18 poids de 1 g à 2 kg
Designation

Constructeur : ZWIEBEL (LZ), AK 75
Manufacturer

N° de série ou du lot : N° 02
Serial number

Matière : acier inoxydable, laiton
Material

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number

Forme : cylindrique
Shape

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans le Laboratoire de ARTEMIS, dans les conditions thermiques, hygrométriques et barométriques suivantes :

Température	20°C ± 1°C
Pression atmosphérique	984 hPa ± 24 hPa
Hygrométrie	De 0% à 100%

Date d'émission : 21/01/2025
Date of issue

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY

Ce certificat comprend 3 pages
This certificate includes 3 pages



SCHEUBER Christine

MODE OPÉRATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison à des masses étalons de travail raccordées aux masses de référence du laboratoire.

La méthode d'estimation de l'écart entre la masse étalon de travail E et la masse à étalonner M comporte une série de comparaisons EMME.

REMARQUE

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle conformément à la réglementation.

La valeur conventionnelle est définie dans la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

RÉSULTAT DE L'ÉTALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Les incertitudes-types ont été calculées en tenant comptes des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle	Incertitude	Intervention
2	1 g	1,000 15 g	0,33 mg	
2	2 g	1,999 93 g	0,40 mg	
ZO 518	2 g	1,999 80 g	0,40 mg	
ZR377	5 g	4,999 85 g	0,53 mg	
ZL 395	10 g	10,000 21 g	0,66 mg	
ZR630	10 g	10,000 40 g	0,66 mg	
Zj 14	20 g	20,000 08 g	0,83 mg	
ZE55E	50 g	50,001 0 g	1,0 mg	
2	100 g	100,001 9 g	1,6 mg	
2.	100 g	100,001 7 g	1,6 mg	
2	200 g	199,997 8 g	3,3 mg	
2.	200 g	200,004 3 g	3,3 mg	
2	500 g	499,996 5 g	8,3 mg	
2	1 kg	0,999 985 kg	16 mg	
2 .	1 kg	0,999 988 kg	16 mg	
2 . .	1 kg	0,999 989 kg	16 mg	
02 .	2 kg	1,999 992 kg	33 mg	
2.	2 kg	1,999 958 kg	33 mg	

Étalonnage réalisé par l'opérateur : *POMAREL Frédéric*

Date de l'étalonnage : *21/01/2025*

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La Section Étalonnage du COFRAC est l'un des signataires de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) de reconnaissance de l'équivalence des certificats d'étalonnage.

----- Fin du certificat -----

Dossier : PMP S04 1392_001

CONSTAT DE VÉRIFICATION
VERIFICATION CERTIFICATE
N°C-25M0057

DÉLIVRÉ À : PESAGE MIDI PYRENEES - 44, Av. Jean MOULIN - 31322 Castanet-Tolosan
ISSUED TO

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT
IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : Série de 18 poids de 1 g à 2 kg
Designation

Constructeur : ZWIEBEL (LZ), AK 75
Manufacturer

Matière : acier inoxydable, laiton
Material

Forme : cylindrique
Shape

N° de série ou du lot : N° 02
Serial number

N° d'identification : Voir ci-après
Identification number

CONDITIONS DE VÉRIFICATION
CONDITIONS OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence : Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010
Reference standard or document relative aux étalons dans le domaine du pesage

Procédure interne de vérification : PR ETAL M
Internal verification procedure

Conditions d'environnement : Sans influence sur le classement
Environmental conditions

Date de la vérification : 21/01/2025
Date of verification

Date d'émission du constat : 21/01/2025
Date of issue

Ce document comprend 3 pages
This document includes 3 pages

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY

SCHEUBER Christine

CONSTAT :
 STATEMENT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (E_j) des masses ci-après identifiées (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par le texte cité en référence.

$$|E_j| + |U| \leq |EMT|$$

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Identification	Masse nominale	Classe	Masse conventionnelle avant intervention
2	1 g	M1	
2	2 g	M1	
ZO 518	2 g	M1	
ZR377	5 g	M1	
ZL 395	10 g	M1	
ZR630	10 g	M1	
Zj 14	20 g	M1	
ZE55E	50 g	M1	
2	100 g	M1	
2.	100 g	M1	
2	200 g	M1	
2.	200 g	M1	
2	500 g	M1	
2	1 kg	M1	
2 .	1 kg	M1	
2 . .	1 kg	M1	
02 .	2 kg	M1	
2.	2 kg	M1	

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA VÉRIFICATION :

Sans objet

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Sans objet